

**Betreff:** WG: LAGeSo-Besichtigung Gen-Anlage 92/14 (S1) vom 21.9.20 - RÜCKMELDUNG an die Behörde

**Von:** "Rechtsamt (FU-Berlin)" <rechtsamt@fu-berlin.de>

**Datum:** 23.11.2020, 09:29

**An:** "cornelia.groebel@lageso.berlin.de" <cornelia.groebel@lageso.berlin.de>

**Kopie (CC):** "katharina.achazi@fu-berlin.de" <katharina.achazi@fu-berlin.de>, "Rainer Haag" <haag@zedat.fu-berlin.de>, "loll@chemie.fu-berlin.de" <loll@chemie.fu-berlin.de>, "Janine.Zahlten@lageso.berlin.de" <Janine.Zahlten@lageso.berlin.de>, Bau BCP <bau@bcp.fu-berlin.de>, Dienststelle Arbeitssicherheit <das@fu-berlin.de>

Liebe Frau Gröbel,

anliegend erhalten Sie die Mitteilung der PL, Frau Dr. Achazi vom 19.11.2020, wonach nunmehr der Gasflaschensicherheitsschrank im Laborraum K004 (Zellkultur) der S1-Anlge 92/14 am Standort Takustr. 6 des Instituts für Chemie und Biochemie/Organische Chemie repariert und geprüft wurde. Sobald die fehlenden Deckenplatten im Funktionsraum K022 (Mikroskopie), Standort Takustr. 6, beschafft und eingesetzt sind, wird Frau Dr. Achazi Sie abschließend über uns (RA I 2) informieren.

Bitte bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Zmuda

Sabine Zmuda  
FU Berlin  
Das Präsidium  
Rechtsamt RA/-RA I 2-  
Kaiserswerther Str. 16-18  
14195 Berlin  
Tel.: 030-838 73712  
Fax: 030-838 473702  
E-Mail: [rechtsamt@fu-berlin.de](mailto:rechtsamt@fu-berlin.de)

---

**Von:** Katharina Achazi <katharina.achazi@fu-berlin.de>

**Gesendet:** Donnerstag, 19. November 2020 17:03

**An:** Rechtsamt (FU-Berlin) <rechtsamt@fu-berlin.de>

**Betreff:** Fwd: LAGeSo-Besichtigung Gen-Anlage 92/14 (S1) vom 21.9.20 - RÜCKMELDUNG an die Behörde

Liebe Frau Zmuda,

der Gasflaschensicherheitsschrank im S1- Labor K004 (Takustr. 6) wurde am Dienstag (17.11.2020) repariert und hat die Prüfung bestanden, so dass der Mangel für K004 behoben wurde. Wir nehmen daher das S1 Zellkulturlabor K004 Takustr. 6 wieder in Betrieb. Können sie diese Information an das LAGeSo an Frau Gröbel weiterleiten? Wenn gewünscht, kann ich gerne ein offizielles Schreiben formulieren.

Auf die fehlende Deckenplatte in Raum K022 (Takustr. 6) warten wir noch, da diese keine Standarddeckenplatte ist

Beste Grüße

Katharina Achazi

--

Dr. Katharina Achazi

Freie Universität Berlin  
Institut für Chemie und Biochemie  
Gerätezentrum BioSupraMol - Optische Mikroskopie/Mikrofluidik  
AG Haag - Biolab-Core  
Takustraße 3  
14195 Berlin  
Deutschland

Tel.: +49 30 838 59145

Fax: +49 30 838 459145

E-Mail: [katharina.achazi@fu-berlin.de](mailto:katharina.achazi@fu-berlin.de)

Homepage: [www.polytree.de](http://www.polytree.de); [www.biosupramol.de](http://www.biosupramol.de)

----- Weitergeleitete Nachricht -----

**Betreff:**LAGeSo-Besichtigung Gen-Anlage 92/14 (S1) vom 21.9.20 - RÜCKMELDUNG an die Behörde

**Datum:**Mon, 26 Oct 2020 13:54:26 +0100

**Von:**Rechtsamt (FU-Berlin) <[rechtsamt@fu-berlin.de](mailto:rechtsamt@fu-berlin.de)>

**An:**'[cornelia.groebel@lageso.berlin.de](mailto:cornelia.groebel@lageso.berlin.de)' <[cornelia.groebel@lageso.berlin.de](mailto:cornelia.groebel@lageso.berlin.de)>,  
[Janine.Zahlten@lageso.berlin.de](mailto:Janine.Zahlten@lageso.berlin.de) <[Janine.Zahlten@lageso.berlin.de](mailto:Janine.Zahlten@lageso.berlin.de)>

**Kopie (CC):**Rainer Haag <[haag@zedat.fu-berlin.de](mailto:haag@zedat.fu-berlin.de)>, Katharina Achazi <[katharina.achazi@fu-berlin.de](mailto:katharina.achazi@fu-berlin.de)>, Bernhard Loll <[loll@chemie.fu-berlin.de](mailto:loll@chemie.fu-berlin.de)>, BCP Verwaltungsleitung <[vl@bcp.fu-berlin.de](mailto:vl@bcp.fu-berlin.de)>, Dienststelle Arbeitssicherheit <[das@fu-berlin.de](mailto:das@fu-berlin.de)>, Marie Weinhart <[marie.weinhart@fu-berlin.de](mailto:marie.weinhart@fu-berlin.de)>

Gen-Anlage **92/14** (S1-Anlage)

Betreiber: Freie Universität Berlin - Das Präsidium - (Körperschaft des öffentl. Rechts)

Standort: FB BIO/CH/PHA, Institut für Chemie und Biochemie, - Organische Chemie -, Takustr. 6 und Arnimallee 22, 14195 Berlin

PL: Frau Dr. Katharina Achazi

BBS: Herr Dr. Bernhard Loll

Leiter der Arbeitsgruppe: Herr Univ.-Prof. Dr. Rainer Haag

LAGeSo-Wiederholungsbesichtigung der o. g. Gen-Anlage am 21.09.2020

Bericht, Frau Dr. Achazi vom 26.10.2020 mit Anlagen (anl.)

Sehr geehrte Frau Gröbel,

hinsichtlich der am 21.09.2020 festgestellten Mängel haben Sie in Ihrem Besichtigungsprotokoll um Rückmeldung bis zum 01.11.2020 gebeten.

Wir übersenden Ihnen anliegend den Bericht über die Mängelbeseitigung bzw. über das zur Mängelbeseitigung Veranlasste der Projektleiterin, Frau Dr. Achazi vom 26.10.2020 (mit Anlagen) zu allen im Besichtigungsprotokoll genannten Mängelpunkten.

Wir teilen Ihnen mit:

Die bei Ihrer Besichtigung der o. g. Anlage am 21.09.2020 ausgesprochene Untersagung der Arbeiten mit der HUVEC-GFP-Zelllinie haben Sie ja bereits per E-Mail vom 02.10.2020 nach Erhalt der von Ihnen angeforderten Informationen hierzu aufgehoben.

Frau Prof. Dr. Weinhart wurde Ihrer Empfehlung folgend entsprechend informiert, wonach ihre Arbeitsgruppe einen eigenen Projektleiter als weiteren Projektleiter für die gentechnische Anlage 92/14 bestellen sollte. Wir werden Ihnen hierüber zu gegebener Zeit gem. § 21 Abs. 1 GenTG Mitteilung geben.

Frau Dr. Achazi wird Sie umgehend über uns (RA I 2) informieren, sobald auch die restlichen Mängel (Reparatur Gasflaschensicherheitsschrank im Raum K004, Beschaffung der fehlenden Deckenplatte im Raum K022 in der Takustr. 6), behoben sind.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Zmuda

Sabine Zmuda  
FU Berlin  
Das Präsidium  
Rechtsamt RA/-RA I 2-  
Kaiserswerther Str. 16-18  
14195 Berlin  
Tel.: 030-838 73712  
Fax: 030-838 473702  
E-Mail: [rechtsamt@fu-berlin.de](mailto:rechtsamt@fu-berlin.de)

---

**Von:** Katharina Achazi <[katharina.achazi@fu-berlin.de](mailto:katharina.achazi@fu-berlin.de)>

**Gesendet:** Montag, 26. Oktober 2020 12:24

**An:** Rechtsamt (FU-Berlin) <[rechtsamt@fu-berlin.de](mailto:rechtsamt@fu-berlin.de)>

**Cc:** Rainer Haag <[haag@zedat.fu-berlin.de](mailto:haag@zedat.fu-berlin.de)>; Bernhard Loll <[loll@chemie.fu-berlin.de](mailto:loll@chemie.fu-berlin.de)>

**Betreff:** Re: Protokoll LAGeSO\_Begehung Gen-Anlage 92/14 vom 21.9.20 - Betreiber-Schreiben vom 22.9.20

Liebe Frau Zmuda,

anbei das Mängelbeseitigungsprotokoll für die am 1.11.2020 fällige Rückmeldung an das LAGeSo. Leider konnten noch nicht alle technischen und baulichen Mängel beseitigt werden. Ich werde sie informieren, sobald es Neuigkeiten gibt.

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Achazi

--

Dr. Katharina Achazi

Freie Universität Berlin  
Institut für Chemie und Biochemie  
Gerätezentrum BioSupraMol - Optische Mikroskopie/Mikrofluidik  
AG Haag - Biolab-Core  
Takustraße 3  
14195 Berlin  
Deutschland

Tel.: +49 30 838 59145

Fax: +49 30 838 459145

E-Mail: [katharina.achazi@fu-berlin.de](mailto:katharina.achazi@fu-berlin.de)

Homepage: [www.polytree.de](http://www.polytree.de); [www.biosupramol.de](http://www.biosupramol.de)